



(14517)  
 Tattoo & Piercing Studio  
 Euro-Style-Aachen  
 Arno Raths  
 Jülicher Straße 45 A  
 D 52070 Aachen

30.03.2009

KD: 14517 GW: 5736 PN: 200900678 R.

## Mikrobiologisches Untersuchungsprotokoll

**Systembeschreibung:** Dampfsterilisator > 1 STE (> 54 l) (Euroklav 23 V-S)

**Bioindikatortyp:** *Geobacillus stearothermophilus* 10<sup>5</sup>

**Nährmedium:** Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon

**Bebrütungstemp.:** 55° C

**Bebrütungszeit:** 7 Tage

**Ergebnis der Prüfung:** (-)=kein Wachstum, (+)=Wachstum, (0)=nicht auswertbar

Folgende Indikatoren wurden ausgewertet:

 =Kontrollindikator

Indikator-Nr.	1	2	3	4	5	6
Befund	-	-	-	-	-	+

Der mikrobiologische Befund gibt keinen Hinweis auf eine unzureichende Funktion des geprüften Gerätes. Das Gerät kann aufgrund des vorliegenden Prüfergebnisses weiterbetrieben werden.

**Bemerkungen:**

HS System- und Prozesstechnik GmbH  
 Prüflaboratorium

Prof. Dr. Gerhard Hücker