



(14517)
Tattoo & Piercing Studio
Euro-Style-Aachen
Arno Raths
Jülicher Straße 45 A
D 52070 Aachen

30.03.2009

KD: 14517 GN: 5737 PN: 200900679 B

Mikrobiologisches Untersuchungsprotokoll

Systembeschreibung: Thermisches Desinfektionsgerät 93°C/10 min. (Miele Prof: G 7881 Bj. 7/2)

Bioindikatortyp: Desinfektionstest R - E.faecium

Nährmedium: Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon

Bebrütungstemp.: 37 °C

Bebrütungszeit: 7 Tage

Ergebnis der Prüfung: (-)=kein Wachstum, (+)=Wachstum, (0)=nicht auswertbar

Folgende Indikatoren wurden ausgewertet:

 =Kontrollindikator

Indikator-Nr.	1	2	3	4	5	6
Befund	-	-	-	-	-	+

Der mikrobiologische Befund gibt keinen Hinweis auf eine unzureichende Funktion des geprüften Gerätes. Das Gerät kann aufgrund des vorliegenden Prüfergebnisses weiterbetrieben werden.

Bemerkungen:

HS System- und Prozesstechnik GmbH
Prüflaboratorium

Prof. Dr. Gerhard Hücker